

居家檢測施用小提示



- 檢查檢測的過期日。切勿使用過期的檢測，或者使用損毀或變色的檢測組件。
- 閱讀盒子上的說明。按照步驟仔細進行且須按列出的順序來做。如果未遵守，可能檢測結果會有誤。
- 在準備好要開始前不要打開檢測套組。消毒要用來進行檢測的桌面或其它表面。
- 在採樣之前先用肥皂和水洗手。
- 切勿重複使用檢測套組或其中的組件。
- 完成後請洗手。

讀取檢測結果

- 居家檢測可能不如醫療保健提供者所做的檢測準確。因為此原因，在一些情況下，您可能需要再進行一次 COVID-19 檢測來確認您的結果（稱為**確認檢測**¹）。

居家檢測結果		採取什麼行動
如果您的檢測結果呈 陽性		與他人隔離十天 。將陽性檢測結果告知您的醫療保健提供者，並通知家戶內的成員與有密切接觸者 ² 您的檢測結果為陽性。他們也應該與他人隔離並在必要時進行檢測。
如果您的檢測結果呈 陰性 而且...	您有 COVID-19 症狀 ³	與他人隔離十天 並進行 確認檢測 。
	您 沒有 症狀而且最近曾與感染 COVID-19 的人有 密切接觸	如果您尚未完整接種疫苗 ：與他人隔離十天。 如果 符合以下情況您可以只隔離七天，從您與感染 COVID-19 的人有密切接觸時起至少五天後的 確認檢測 呈陰性，或第二次居家檢測的結果呈陰性（如果進行兩次居家檢測，您的第一次檢測必須是在暴露於 COVID-19 的 五天 後，而第二次檢測必須在第一次檢測的 24 小時後或需更長時間，依製造商的說明而定。） 如果您已完整接種疫苗 ⁴ 或已從過去三個月內罹患的 COVID-19 病情中 康復 ： ⁵ 不需採取任何行動。如果出現症狀則再檢測一次。
	您 沒有 症狀且最近並未與感染 COVID-19 的人有接觸	不需採取任何行動。
如果您的 檢測結果無效 或出現 錯誤		<ul style="list-style-type: none">● 依照盒子上的說明進行● 如果您有 COVID-19 症狀或曾經與感染 COVID-19 的人有密切接觸，則再做一次檢測。

如需其他語言
掃描此處



¹ **確認檢測**是一種分子檢測，如 PCR 檢測；或者是一種在醫療保健場所進行的抗原檢測，如在醫生診間、藥局、緊急護理診所或 COVID-19 檢測站所進行的。使用居家檢測套組採集的樣本在實驗室進行的檢測，也可視為**確認檢測**。

² **密切接觸**是指在一個 24 小時的時間段內，與感染 COVID-19 的人距離不到 6 英尺的時間達 10 分鐘或更長。如果您**出現症狀**，密切接觸是指在開始有症狀前的兩天內。如果**沒有出現症狀**，密切接觸是指在您的陽性檢測結果前的兩天內。

³ **COVID-19 症狀**包括發燒、發冷、咳嗽、呼吸短促、呼吸困難、疲倦、肌肉或身體疼痛、頭痛、喪失味覺或嗅覺、喉嚨痛、鼻塞、流鼻涕、噁心想吐、嘔吐以及腹瀉。

⁴ **完整接種疫苗**是指您在**至少兩週前**接受了：

- 二劑型疫苗中的第二劑，如輝瑞 (Pfizer-BioNTech) 或莫德納 (Moderna)
- 單劑型疫苗中的唯一一劑，如嬌生 (Johnson & Johnson/Janssen)。

⁵ 在收到 COVID-19 診斷檢測的陽性結果後，**感染後康復三個月**的計算方式為從開始有 COVID-19 症狀的日期起算，或者如果您沒有症狀，從您第一次收到陽性診斷檢測結果開始日期起算。